

实验室安全检查通报【2021】第9期

高温高压设备专项检查报告

组长：王厚成

组员：曹辉辉、何建华、焦继宗

本次检查人员：王厚成、曹辉辉、何建华、高红山、王玲玲

2021年6月17日，资源环境学院实验室高温高压设备小组对祁连堂和观云楼进行了全面的实验室安全检查，对实验室卫生环境，化学品使用管理，气体钢瓶、马弗炉等设备进行了全面的检查。

经过多次的安全检查与督促，学院实验室整体情况有明显的改善，实验室试剂存放使用安全规范；气体钢瓶信息牌内容清晰准确，内容更新及时；高温高压设备使用环境安全。此次检查发现的主要问题如下：（1）部分实验室卫生状况较差，垃圾未及时处理，废纸箱堆积；（2）个别学生在实验过程中未穿实验服，防护措施欠佳；（3）个别实验室野外设备堆放，占据实验空间。（4）个别实验室在冰箱、马弗炉等设备上放置物品，有安全隐患。针对上述问题，建议加强实验室管理，及时打扫整理实验室，对于使用率较低的设备，移存库房安置，清理高温高压设备周围的物品，防患于未然。

不规范问题通报如下：

实验室房间号	检查中发现问题	整改建议
--------	---------	------

祁连堂 402	废纸箱堆积	建议尽快处理
祁连堂 412	学生未穿实验服，垃圾未及时处理，冰箱上架东西，没有钢瓶使用台账	建议穿实验服，处理垃圾，冰箱上的纸箱搬下来，完善钢瓶使用台账
祁连堂 409	水龙头漏水，垃圾未倒，实验室较乱	建议修理水龙头，清理垃圾，规整物品，将使用率较低的物品存放的库房
祁连堂 311	实验室较乱	建议规整物品，打扫卫生
祁连堂 312	实验室较乱	规整物品，将使用率较低的物品存放的库房
祁连堂 309	马弗炉上放置物品	建议移除马弗炉上的物品
祁连堂 201B, 203B	垃圾未及时处理	清理垃圾
祁连堂 203A	实验室较脏	建议打扫卫生
观云楼 1520	废纸箱堆积	建议尽快清理
观云楼 1512	废纸箱堆积	建议尽快清理
观云楼 1413	实验室较乱	建议规整物品，打扫卫生
观云楼 1422	钢瓶没有使用台账	建议完善钢瓶使用台账
观云楼 1422	学生未穿实验服，没有钢瓶使用记录	穿实验服，完善钢瓶使用台账
观云楼 1112	废纸箱堆积	建议尽快清理
观云楼 1024	实验室较乱	建议规整物品，打扫卫生
观云楼 921	实验室较乱	建议规整物品，打扫卫生

各实验室存在问题如下图：



祁连堂 402 废纸箱堆积



祁连堂 412 冰箱上架东西，没有钢瓶使用台账



祁连堂 409 水龙头漏水，垃圾未倒，实验室较乱



祁连堂 312 实验室较乱



祁连堂 309 马弗炉上放置物品



观云楼 1520 废纸箱堆积



观云楼 1024 实验室较乱



观云楼 1112 废纸箱堆积



观云楼 1422 钢瓶没有使用台账



观云楼 1413 实验室较乱



观云楼 1512 废纸箱堆积